

ประกาศกองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เรื่อง เชิญชวนให้ส่งข้อมูลของ สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์

.....

ด้วย กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน ๖ รายการ คือ

๑. สายนำแสงเลเซอร์สำหรับรักษาโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทชนิดใช้ครั้งเดียว (Disposable Laser Fiber Probe for Percutaneous Laser Disc Decompression) วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เป็นสายนำแสงเลเซอร์สำหรับใช้กับเครื่องเลเซอร์รักษาโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทระดับกระดูกสันหลังส่วนเอว (Lumbar Spine) และระดับกระดูกสันหลังส่วนคอ (Cervical Spine)

๒. เครื่องจี้ระงับความเจ็บปวดด้วยคลื่นความถี่วิทยุ ชนิดระบายความร้อนด้วยระบบน้ำและเครื่องปั๊มน้ำแบบ ๔ หัว (Radiofrequency Generator and Quad pump) วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับจี้เส้นประสาทเพื่อระงับความเจ็บปวดด้วยคลื่นความถี่วิทยุผ่านทาง Electrode หรือ Probe โดยสามารถปรับอุณหภูมิและเวลาที่ทำการรักษาได้ตามความต้องการ

๓. โคมไฟผ่าตัดขนาดใหญ่แขวนเพดานชนิด ๒ โคม แบบหลอดไฟ LED พร้อมรองรับระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ (Ceiling Surgical LED Lights (Dual Light Head) with Camera System) วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เป็นโคมไฟผ่าตัดขนาดใหญ่แขวนเพดานชนิด ๒ โคม แบบหลอดไฟ LED พร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพขณะผ่าตัด ใช้สำหรับงานผ่าตัดในห้องผ่าตัดใหญ่ห้องผ่าตัดผู้ป่วยนอกและห้องผ่าตัดฉุกเฉิน

๔. โคมไฟผ่าตัดขนาดใหญ่แขวนเพดานชนิด ๓ โคม แบบหลอดไฟ LED พร้อมระบบวิดีทัศน์ (Celling Surgical LED Light (Triple Light Head) with Camara System) วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เป็นโคมไฟผ่าตัดขนาดใหญ่แขวนเพดานชนิด ๓ โคม แบบหลอดไฟ LED พร้อมระบบวิดีทัศน์ ใช้สำหรับให้แสงสว่างในการทำผ่าตัดงานผ่าตัดเพื่อรักษาและวินิจฉัยโรค พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพสำหรับการเรียนการสอนทางการแพทย์ใช้ในห้องผ่าตัดใหญ่ห้องผ่าตัดผู้ป่วยนอกและห้องผ่าตัดฉุกเฉิน

๕. เครื่องตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเลือด แบบพกพา (Mobile Hemoglobin Analyzer) วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้ตรวจวัดปริมาณฮีโมโกลบินในเลือดของผู้ป่วย

๖. ชุดวาล์วทางเดียวพร้อมถุงรองรับของเหลวจากช่องเยื่อหุ้มปอด (Heimlich Valve with Collection Bag) วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับต่อกับสายระบายทรวงอกเพื่อระบายลมและหรือของเหลวออกจากช่องเยื่อหุ้มปอด โดยทำงานเป็นระบบวาล์วทางเดียว (One-way valve) เพื่อป้องกันไม่ให้ลมหรือของเหลวไหลย้อนกลับเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย

สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลให้กับทางราชการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียด และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๑. รายละเอียดของข้อมูลตามผนวก ก.ที่แนบ

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอข้อมูล ต้องเป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายที่สามารถชี้แจง หรือให้ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้เมื่อทางราชการต้องการ

๓. เงื่อนไข

๓.๑ ค่าใช้จ่ายทั้งปวงอันเกิดจากการส่งข้อมูล หรือของตัวอย่างตามเรื่องนี้ ผู้เสนอข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

๓.๒ การพิจารณาข้อมูล เพื่อนำมากำหนดในคุณลักษณะเฉพาะ จะดำเนินการโดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ของกองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

๓.๓ ให้ส่งข้อมูลภายใน วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ ณ กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เลขที่ ๓๑๕ ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โดยนำมามอบให้ด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์

๓.๔ เอกสารต้องเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย ถ้าเป็นภาษาอื่นต้องแปลเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษแนบมาด้วย

๔. หากผู้เสนอมีข้อสงสัยประการใด ให้สอบถามโดยตรงที่ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร ๐-๒๓๕๔-๗๗๖๘

๕. คณะกรรมการฯ จะคัดเลือกข้อมูลที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ หรือของรายหนึ่งรายใดมากำหนดเป็นคุณลักษณะเฉพาะก็ได้

๖. กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา หรือระงับการพิจารณาข้อมูลของผู้หนึ่งผู้ใดก็ได้สุดแต่จะเห็นควร ในทำนองเดียวกันอาจยกเลิกการประกาศเชิญชวนก็ได้เช่นกัน ทั้งนี้กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ไม่จำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

พันเอก

(ณรงค์ศักดิ์ เจษฎาภัทรกุล)

ผู้อำนวยการกองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ผนวก ก.

รายละเอียดข้อมูลที่ต้องการในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ

๑. ชื่อสิ่งอุปกรณ์ภาษาไทย (ภาษาอังกฤษ)

๒. หน่วยนับ

๓. คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ (ให้ทราบว่าสิ่งอุปกรณ์เป็นอะไรมีรูปร่างและขนาดอย่างไร)

๔. คุณลักษณะในการใช้งาน (ใช้ทำอะไร ทำด้วยอะไร ขีดความสามารถในการใช้งาน)

๕. คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค (ถ้ามี)

๖. การบรรจุหีบห่อ

๗. ข้อกำหนดอื่น (มีเอกสารคู่มือในการใช้งาน คู่มือในการซ่อมบำรุง มีมาตรฐานสากล)

๘. วิธีการตรวจสอบ (กำหนดไว้เพื่อให้กรรมการตรวจรับได้ตรวจสอบให้ตรงตามกำหนด)

๙. Catalogue หรือ Leaflet

๑๐. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทจากกระทรวงพาณิชย์

๑๑. หนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย (ถ้ามี)

๑๒. สำเนาหนังสือประกอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์จาก อย. (เครื่องมือแพทย์) (ถ้ามี)

๑๓. ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือ โทรสารที่ติดต่อได้

ตรวจถูกต้อง

พันเอก

(ณรงค์ศักดิ์ เจษฎาภัทรกุล)

ผู้อำนวยการกองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า