



ประกาศ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เรื่อง เชิญชวนให้ส่งข้อมูลของ สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์

ด้วย กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์
จำนวน ๗ รายการ ดังนี้

๑. ชุดศูนย์รวมอุปกรณ์การแพทย์ พร้อมหัวจ่ายแก๊สและเต้ารับปลั๊กเสียบไฟฟ้าสำหรับ
ห้อง ERCP (Ceiling Medical Supply Units for ERCP scope)
๒. ชุดประมวลสัญญาณภาพชนิดหลอดไฟ LED และกล้องส่องตรวจทางเดินอาหาร
พร้อมระบบจัดเก็บภาพชนิดรายละเอียดสูง (Endoscopic set)
๓. ชุดวิเคราะห์ความผิดปกติของโครโมโซมด้วยเทคนิคคาริโอไทป์
(Chromosome analysis system by Karyotype technique)
๔. เครื่องตรวจประเมินค่าการอักเสบของหลอดลมผ่านลมหายใจ
(Fractional Exhaled Nitric Oxide Breath Analysis System Device)
๕. เครื่องตรวจสมรรถภาพปอดระดับสูง
(Spirometer and Oscillometric Resistance-Measurement Device)
๖. ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
(Water Purification System For Hemodialysis)
๗. เก้าอี้ปรับเอนนอนสำหรับผู้ป่วย
(Recliner Chair)

สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ใน
ราชการกองทัพบก จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลทางเทคนิคให้กับ
ทางราชการเพื่อใช้เป็นแนวทางในจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้

๑. รายการสิ่งอุปกรณ์ที่ขอจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ตาม ผนวก ก. บัญชี
สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน ๗ รายการ

๒. คุณลักษณะของผู้เสนอข้อมูล ต้องเป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายที่สามารถชี้แจงหรือให้ข้อมูล
และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ เมื่อทางราชการต้องการ

๓. เงื่อนไข

๓.๑ ค่าใช้จ่ายทั้งปวงอันเกิดจากการส่งข้อมูล หรือรายละเอียดหรือตัวอย่างตามเรื่องนี้ ผู้เสนอ
ข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

๓.๒ การพิจารณาหาข้อมูลมากำหนดเป็นคุณลักษณะเฉพาะ จะดำเนินการโดยคณะกรรมการ
คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ของ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

๓.๓ ให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ณ กองอายุรกรรม โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โดยนำมามอบให้ด้วยตัวเอง
หรือส่งทางไปรษณีย์

๓.๔ เอกสารต้องเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย หากเป็นภาษาอื่น ต้องแปลเป็นภาษาไทย
หรือภาษาอังกฤษแนบมาด้วย


๔. หากผู้เสนอมีข้อมูลหรือมีข้อสงสัยประการใด ให้สอบถามโดยตรง หรือเป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โทร. ๐๒-๗๖๓-๓๗๐๓

๕. คณะกรรมการฯ จะคัดเลือกข้อมูลที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ หรือที่เหมาะสมกับการใช้ในราชการ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลของรายการที่ดีที่สุดหรือรายหนึ่งรายใด มากำหนดเป็นคุณลักษณะเฉพาะได้

๖. กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ขอสงวนสิทธิ์ในการในการพิจารณา หรือระงับการพิจารณาข้อมูลของผู้หนึ่งผู้ใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร ในทำนองเดียวกัน อาจยกเลิกการประกาศเชิญชวนก็ได้เช่นกัน ทั้งนี้ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ไม่จำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘

พันเอก


(กฤษณ์ อุปัชฌาย์)

ผู้อำนวยการกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า


ผนวก ก

บัญชีสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ตามประกาศ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดดังนี้ .-

ลำดับ	รายการ	คุณลักษณะในการออกแบบหรือใช้งาน
๑.	ชุดศูนย์รวมอุปกรณ์การแพทย์ พร้อมหัวจ่ายแก๊สและ เต้ารับปลั๊กเสียบไฟฟ้าสำหรับห้อง ERCP (Ceiling Medical Supply Units for ERCP scope)	ใช้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ หัวจ่ายก๊าซ เต้ารับ ปลั๊กเสียบไฟฟ้า พร้อมช่องเปิดสำหรับการรับสัญญาณ (Media fixtures หรือ RJ45) เพื่อใช้งานในห้อง Scope GI
๒.	ชุดประมวลสัญญาณภาพชนิดหลอดไฟ LED และ กล้องส่องตรวจทางเดินอาหารพร้อมระบบจัดเก็บภาพ ชนิดรายละเอียดสูง (Endoscopic set)	ใช้สำหรับส่องตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรคในระบบทางเดิน อาหารส่วนบนและส่วนล่างชนิดรายละเอียดสูง และ สามารถแสดงภาพด้วยระบบวีดิทัศน์ได้
๓.	ชุดวิเคราะห์ความผิดปกติของโครโมโซมด้วยเทคนิค คาริโอไทป์ (Chromosome analysis system by Karyotype technique)	ใช้สำหรับวิเคราะห์ความผิดปกติของโครโมโซมด้วย เทคนิคคาริโอไทป์ (Karyotype) พร้อมระบบการจัดการ เคสเพื่อทำการสืบค้น หรือสรุปข้อมูลที่ต้องการรายงานผล
๔.	เครื่องตรวจประเมินค่าการอักเสบของหลอดเลือด ผ่านลมหายใจ (Fractional Exhaled Nitric Oxide Breath Analysis System Device)	ใช้สำหรับในการตรวจประเมินค่าการอักเสบของหลอดเลือด ผ่านลมหายใจ สำหรับการตรวจประเมินโรคหืด
๕.	เครื่องตรวจสมรรถภาพปอดระดับสูง (Spirometer and Oscillometric Resistance-Measurement Device)	ใช้สำหรับตรวจสมรรถภาพปอดและวัดความต้านทาน ภายในระบบทางเดินหายใจ
๖.	ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไต เทียม(Water Purification System For Hemodialysis)	เพื่อการผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับการฟอกเลือดด้วย เครื่องไตเทียมคุณภาพน้ำบริสุทธิ์ที่ใช้ในการฟอกเลือดด้วย เครื่องไตเทียม ระบบ Reverse Osmosis แบบ Double Pass Indirect Feed สามารถรองรับได้มากกว่า 40 เตียง โดยสามารถผลิตน้ำบริสุทธิ์ Ultra Pure Water ที่มีคุณภาพมาตรฐาน AAMI (ฉบับปัจจุบัน) ทำให้การ ฟอกเลือดต่อเนื่องและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อผู้ป่วย
๗.	เก้าอี้ปรับเอนนอนสำหรับผู้ป่วย (Recliner Chair)	ใช้สำหรับให้ผู้ป่วยนั่งหรือปรับเอนนอน เพื่อรับการรักษา เช่น การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เป็นต้น

ตรวจถูกต้อง

พันเอก



(กฤษณ์ อุปัทมา)

ผู้อำนวยการกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

รายละเอียดข้อมูลที่ต้องการในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ
ตามประกาศกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘

๑. ชื่อสิ่งอุปกรณ์ภาษาไทย (ภาษาอังกฤษ)
๒. หน่วยนับ
๓. คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ (ให้ทราบว่าสิ่งอุปกรณ์เป็นอะไรมีรูปร่างและขนาดอย่างไร)
๔. คุณลักษณะในการใช้งาน (ใช้ทำอะไร ทำด้วยอะไร ชัดความสามารถในการใช้งาน)
๕. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค (ถ้ามี)
๖. การบรรจุหีบห่อ
๗. ข้อกำหนดอื่นๆ
๘. วิธีการตรวจสอบ (กำหนดไว้เพื่อให้กรรมการตรวจรับได้ตรวจสอบให้ตรงตามกำหนด)
๙. Catalogue หรือ Leaflet
๑๐. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทจากกระทรวงพาณิชย์
๑๑. หนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย (ถ้ามี)
๑๒. สำเนาหนังสือประกอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์จาก ออย. (เครื่องมือแพทย์) (ถ้ามี)
๑๓. หนังสือรับรองจากบริษัทกรณีมีความประสงค์จะเข้าร่วมทำคุณลักษณะเฉพาะในรายการ
สิ่งอุปกรณ์ตามประกาศ
๑๔. ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือ โทรสารที่ติดต่อได้