

พ.ศ. 69
ราชกิจจานุเบกษา 12

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 036/65

หมายเลข คณ. 6515 - M - 65 - P - 0539

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องตรวจและบอกตำแหน่งอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง แบบพกพา

หน่วยนับ เครื่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้ตรวจวินิจฉัยตำแหน่งอวัยวะในช่องท้อง ปอด หัวใจ และหลอดเลือด รวมถึงการตรวจสูติกรรมและโรคทางนรีเวช ด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดขาวดำและสี แบบ Real Time

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ระบบเครื่อง (System) มีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้

1.2.1.1 จอแสดงภาพ ชนิดสี มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,024 x 768 Pixels มีขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว

1.2.1.2 สามารถปรับภาพได้แบบอัตโนมัติ โดยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว แบบ Auto Gain หรือ Automatic Image Optimization หรือ One Key Auto B Imaging Optimization หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

1.2.1.3 สามารถลดสัญญาณรบกวนและทำให้ภาพมีความคมชัดมากขึ้นได้ แบบ Sono ADAPT Imaging Technology หรือ SI-Filter หรือ Time Spatial Speckle Suppression Imaging หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

1.2.1.4 สามารถเพิ่มคุณภาพของภาพ และเพิ่มความคมชัดของขอบภาพได้ แบบ SonoMB Multi-Beam Technology หรือ Compound Imaging หรือ Spatial Compound Imaging (SCI) หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

1.2.1.5 ในขณะที่ทำการตรวจสามารถปรับภาพให้มองเห็นเข็มได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการแทงเข็มให้ตรงกับตำแหน่งที่ต้องการ แบบ Auto Steep Needle Profiling (SNP) หรือ Simple Needle Visualization หรือ WiNeedle หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

1.2.1.6 มีความแตกต่างของสัญญาณเสียง (Dynamic Range) ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 100 เดซิเบล

1.2.1.7 หัวตรวจเป็นแบบ Broadband หรือ Bandwidth หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า ที่สามารถเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานได้

1.2.2 สามารถต่อหัวตรวจได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 3 หัวตรวจ

/1.2.3 สามารถ...

พ.อ. ประธานกรรมการ

พ.อ. กรรมการ

พ.อ.หญิง กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิชาการ

พ.อ.หญิง กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต.หญิง กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องตรวจและบอกตำแหน่งอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง แบบพกพา

1.2.3 สามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลได้อย่างน้อย ดังนี้

1.2.3.1 2D-Mode หรือ B Mode มีความสามารถอย่างน้อย ดังนี้

1.2.3.1.1 สามารถรองรับความลึกในการสร้างภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร
ขึ้นอยู่กับหัวตรวจและโปรแกรมการตรวจ

1.2.3.1.2 สามารถขยายภาพ (Zoom) ได้ไม่น้อยกว่า 8 เท่า เพื่อดูตำแหน่งที่ต้องการ

1.2.3.1.3 สามารถแสดงภาพแบบภาพเดี่ยวเต็มจอ และแสดงภาพแบบ 2 ภาพ (Dual)
พร้อมกันบนจอได้

1.2.3.2 M-Mode มีความสามารถอย่างน้อย ดังนี้

1.2.3.2.1 สามารถปรับความเร็วในการแสดงผลภาพ แบบ Sweep Speed หรือ
M Speed หรือเทียบเท่า หรือดีกว่าได้

1.2.3.2.2 สามารถปรับค่าความสว่าง (Gain) เพื่อความคมชัดของภาพได้

1.2.3.3 Color Mode มีความสามารถอย่างน้อย ดังนี้

1.2.3.3.1 สามารถใช้งาน Color Velocity Doppler หรือ Color Doppler หรือ
เทียบเท่า หรือดีกว่าได้

1.2.3.3.2 สามารถปรับทิศทาง (Invert) ของสีได้

1.2.3.3.3 มีระบบกรองคลื่นสัญญาณที่เกิดขึ้น (Filter)

1.2.3.4 Doppler Mode มีความสามารถอย่างน้อย ดังนี้

1.2.3.4.1 สามารถใช้งานแบบ Pulse Wave (PW) และ Continuous Wave (CW) ได้

1.2.3.4.2 สามารถแสดงภาพ 2D ในลักษณะของภาพ Realtime และภาพ Doppler
Mode ที่เป็นกราฟ หรือแบบ Triplex Mode หรือเทียบเท่า หรือดีกว่าได้

1.2.3.5 สามารถตรวจแบบ Tissue Harmonic Imaging หรือ Triad Tissue Harmonic
Imaging หรือ Harmonic Imaging หรือเทียบเท่า หรือดีกว่าได้

1.2.4 สามารถวัดและคำนวณค่าต่างๆ ได้อย่างน้อย ดังนี้

1.2.4.1 วัดระยะทาง (Distance)

1.2.4.2 วัดเส้นรอบวง (Ellipse)

1.2.4.3 วัดแบบกำหนดเอง แบบ Manual Trace หรือ Trace Length หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

1.2.4.4 วัดความเร็ว (Velocity)

1.2.4.5 วัด Volume หรือ Volume Flow หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

พ.อ.....ประธานกรรมการ

/1.2.5 มีระบบ....

พ.อ.....กรรมการ

พ.อ.หญิง.....กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิชาการ

พ.อ.หญิง.....กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ด.หญิง.....กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องตรวจและบอกตำแหน่งอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง แบบพกพา

- 1.2.5 มีระบบเก็บข้อมูลผู้ป่วยพร้อมภาพ ได้ทั้งแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว และสามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายของโรงพยาบาลได้ตามมาตรฐาน DICOM
- 1.2.6 สามารถบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวออกจากตัวเครื่องผ่านทาง USB ได้
- 1.2.7 สามารถใช้งานจากแบตเตอรี่ได้นานสูงสุดไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
- 1.2.8 ใช้ได้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
- 1.3 คุณสมบัติในการออกแบบ เป็นเครื่องตรวจและบอกตำแหน่งอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง แบบพกพา ด้านบนมีหัวที่สามารถยกเคลื่อนย้ายสะดวก และมีแบตเตอรี่สำรองภายในตัวเครื่อง โดยมีน้ำหนักรวมแบตเตอรี่ไม่มากกว่า 8 กิโลกรัม ใน 1 ชุด ประกอบด้วย
 - 1.3.1 เครื่องตรวจและบอกตำแหน่งอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง
 - 1.3.2 มีหัวตรวจ ดังนี้
 - 1.3.2.1 หัวตรวจสำหรับเส้นประสาทและหลอดเลือดขนาดเล็ก จำนวน 1 หัวตรวจ
 - 1.3.2.2 หัวตรวจสำหรับเส้นประสาทและหลอดเลือด จำนวน 1 หัวตรวจ
 - 1.3.2.3 หัวตรวจสำหรับหัวใจ จำนวน 1 หัวตรวจ
 - 1.3.2.4 หัวตรวจสำหรับช่องท้อง จำนวน 1 หัวตรวจ
 - 1.3.3 เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer) (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) รายละเอียดตามคุณสมบัติเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สาย ส. หมายเลข คณ. 7440 - S - 64 - T - 0114 หรือที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน หรือดีกว่า จำนวน 1 เครื่อง
 - 1.3.4 รถเข็นสำหรับวางเครื่อง จำนวน 1 คัน
 - 1.3.5 Ultrasound Gel จำนวน 5 ลิตร
2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
3. ข้อกำหนดอื่นๆ
 - 3.1 ชนิดของหัวตรวจ ในข้อ 1.3.2 จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน
 - 3.2 ต้องเป็นของใหม่ผลิตสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต และไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
 - 3.3 มีเครื่องหมายถาวรหรือสติ๊กเกอร์ แสดงชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทติดกับเครื่อง สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
 - 3.4 มีหนังสือคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 2 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด)
 - 3.5 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพในด้านการผลิตและความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 13485 หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า
4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณสมบัติเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

พ.อ. ประธานกรรมการ

/คณะกรรมการ...

พ.อ. กรรมการ

พ.อ.หญิง กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ.หญิง กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต.หญิง กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.

11 ก.ค. 2565

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องตรวจและบอกตำแหน่งอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง แบบพกพา

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ.

พ.อ..... ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(บุญชทร ทิพย์วงศ์)

พ.อ..... รอง ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ธาตรี บุญเจือ)

พ.ต.หญิง..... วิสัญญีแพทย์ รพ.ร.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(วรรณวิภา มาลัยทอง)

11 ก.ค. 2565

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ.

พ.อ..... รอง ผอ.สวค.พบ./ประธานกรรมการ

(พิสิษฐ์ สัมมาทัต)

พ.อ..... ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ.หญิง..... นบก. ประจำ พบ./กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

(สิริวรรณ สมจินตนา)

พ.อ.หญิง..... ประจำ พบ. ชรก.รพ.ร.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(อรอนงค์ แสนเจริญ)

พ.ต.หญิง..... วิสัญญีแพทย์ รพ.ร.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(วรรณวิภา มาลัยทอง)

- 8 ส.ค. 2565

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ สบ.ทบ.ทำขึ้นที่ กบ.ทบ.
ที่ล่อ กท 0404/ 10106 ลง 22 ก.ย. 65

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สาย ส.

หมายเลข คณ.

7440 - S - 66 - T - 0057

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer) (กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

หน่วยนับ

เครื่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้เป็นเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer)

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564 และหากมีการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง
ให้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงแทน

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

-

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในหีบห่อที่แข็งแรง ทนทาน สามารถป้องกันการชำรุดเสียหายจากการขนส่ง

2.2 สะดวกในการขนย้าย เก็บรักษา และแจกจ่าย

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และไม่เก่าเก็บ

3.2 มีอุปกรณ์ประกอบชุด ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3.3 มีหนังสือคู่มือการใช้งาน การปรัณนิตบํารุงเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด


4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบตามหัวข้อคุณลักษณะเฉพาะ

4.2 ตรวจสอบโดยการทดลองใช้งาน

พ.อ. 

ประธานกรรมการ


พ.ท.หญิง 

กรรมการ

พ.ท. 

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

0 1 มิ.ย. 2565

พ.อ. 

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer) (กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ส. ของ สส.


1. พ.อ.



ผอ.กวก.สส./ประธานกรรมการ

(กิตติพนธ์ สมจิต)

2. พ.ท.หญิง



หน.สภ.กวก.สส./กรรมการ

(ณญาดา จันทรัมย์)

3. พ.ท.



ผบ.ส.พัน.๑๒/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ครองเขต ศรีวงศ์)

0 1 มิ.ย. 2565

52. เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer) ราคา 11,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีระบบการพิมพ์แบบ Direct Thermal และ Thermal Transfer
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่ต่ำกว่า 203 DPI หรือดีกว่า
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 127 มิลลิเมตรต่อวินาที (mm/s)
- ใช้สำหรับกระดาษขนาดหน้ากว้าง ไม่น้อยกว่า 104 มิลลิเมตร (mm)
- มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 16 MB
- รองรับการพิมพ์บาร์โค้ด 1D รูปแบบต่างๆ เช่น Code 128, Code 39, Code 93 และ EAN-13 ได้เป็นอย่างดี
- รองรับการพิมพ์บาร์โค้ด 2D รูปแบบต่างๆ เช่น QR code, Datamatrix code, MaxiCode และ PDF417 ได้เป็นอย่างดี
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 1.1 หรือดีกว่า ได้

53. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 ราคา 15,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 30 แผ่น
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 25 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

54. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 ราคา 23,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 40 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง