

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 003/50

หมายเลข คณ. 6515 - M - 62 - P - 0982

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องมือผ่าตัดต้อกระจก และใส่เลนส์แก้วตาเทียม
(Cataract Extraction with Intra Ocular Lens Implantation).

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เป็นเครื่องมือสำหรับการผ่าตัด ต้อกระจก และใส่เลนส์แก้วตาเทียม.

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค ทำมาจากโลหะปลอดสนิม หรือส่วนประกอบบางส่วนทำด้วยวัสดุอื่นตาม
ความจำเป็น และความเหมาะสมในการใช้งาน.

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ ใน 1 ชุด ประกอบด้วย

- | | |
|---|-------|
| 1.3.1 ที่ถ่างเปลือกตา Barraquer Eye Speculum ความกว้างของ Blade 14-15 mm | 1 อัน |
| 1.3.2 ที่ถ่างเปลือกตา Temporal Eye Speculum หรือ Nasal Wire Speculum
ความกว้างของ Blade 14-16 mm | 1 อัน |
| 1.3.3 ที่ปาดม่านตา Cleasby Iris Spatula หรือ Troutman Barraquer Iris Spatula
ความยาวจากปลายสุดถึงบริเวณที่หักทำมุม (Angle to Tip) ยาว 12-15 mm | 1 อัน |
| 1.3.4 ที่ดักเลนส์แก้วตา New Orleans Eye Lens Loop ความกว้างของ Loop 4.5-5 mm | 1 อัน |
| 1.3.5 ขอเกี่ยวหมุนเลนส์ทำมุมปลายมน Sinskey Hook ขนาดปลายหัว 0.2-0.25 mm
ความยาวจากปลายสุดถึงบริเวณที่หักทำมุม (Angle to Tip) ยาว 10 mm | 1 อัน |
| 1.3.6 ขอเกี่ยวแบ่งสับเลนส์ Naqahara Neucleus Chopper หรือ Fukasaku Snapper Hook | 1 อัน |
| 1.3.7 ขอเกี่ยวกล้ามเนื้อ Graefe Muscle Hook หรือ Smith Expressor Hook ยาว 140-150 mm | 1 อัน |
| 1.3.8 ปากคีบ Castroviejo Forceps มีเขี้ยว 1x2 เขี้ยว ขนาด 0.3 mm ยาว 108 mm | 1 อัน |
| ✓ 1.3.9 ปากคีบ Castroviejo Forceps มีเขี้ยว 1x2 เขี้ยว ขนาด 0.12 mm ยาว 108 mm | 2 อัน |
| 1.3.10 ปากคีบ Macgregor Conjunctiva Forceps หรือ Bishop-Harmon Forceps ยาว 85-110 mm | 1 อัน |
| ✓ 1.3.11 ปากคีบปลายทำมุม Kalman - McPherson Angle Tying Forceps
ความยาวจากปลายสุดถึงบริเวณที่หักทำมุม (Angle to Tip) ยาว 7-8 mm | 1 อัน |
| 1.3.12 ปากคีบปลายทำมุม McPherson Angle Tying Forceps
ความยาวจากปลายสุดถึงบริเวณที่หักทำมุม (Angle to Tip) ยาว 4-5 mm | 1 อัน |
| 1.3.13 ปากคีบปลายทำมุม Ultrata Capsulorhexis Forceps
ความยาวจากปลายสุดถึงบริเวณที่หักทำมุม (Angle to Tip) ยาว 11-12 mm | 1 อัน |
| 1.3.14 ปากคีบปลายทำมุม Troutman Superior Rectus Forceps มีเขี้ยว 1x2 เขี้ยว
ยาว 106 mm | 1 อัน |

/1.3.15 ปากคีบ...

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องมือผ่าตัดต้อกระจก และใส่เลนส์แก้วตาเทียม
(Cataract Extraction with Intra Ocular Lens Implantation)

- 1.3.15 ปากคีบปลายโค้ง Fine Curved Tying Forceps หรือ Tennant Curved Tying Forceps ยาว 100-110 mm 1 อัน
- 1.3.16 คีมจับเข็ม Castroviejo Needle Holder Curved with Lock ปากจับเข็มยาว 9 mm 1 อัน
- 1.3.17 คีมจับเข็ม Castroviejo Needle Holder Curved with Lock ปากจับเข็มยาว 10-11 mm 1 อัน
- 1.3.18 คีมจับเข็ม Castroviejo Needle Holder Straight with Lock ปากจับเข็มยาว 10-12 mm 1 อัน
- 1.3.19 กรรไกรตรง Straight Iris Scissors ปากกรรไกรยาว 27-28 mm 1 อัน
- ✓ 1.3.20 กรรไกรโค้งมน Westcott Curved Tenotomy Scissors Right Model Blunt Tips ปากกรรไกรยาว 21 - 22 mm 1 อัน
- ✓ 1.3.21 กรรไกรโค้งมน Castroviejo Curved Corneal Scissors ปากกรรไกรยาว 10 - 11 mm 1 อัน
- ✓ 1.3.22 กรรไกรโค้งแหลม Vannas Curved Capsulotomy Scissors ปากกรรไกรยาว 8 mm 1 อัน
- 1.3.23 หัวเข็มล้างและดูดเลนส์เบอร์ 23G Simcoe Irrigating Aspirating Double Cannula 1 อัน
- 1.3.24 หัวเข็มล้างห้ามุมเบอร์ 19G Bishop - Harmon Irrigating Cannula 1 อัน
- 1.3.25 ด้ามต่อหัวเข็มล้างและดูดเลนส์ Irrigating Cannula Handpiece หรือ Double Male Adaptor 1 อัน
- 1.3.26 ลูกยาง Silicone 1 อัน
- 1.3.27 ข้อต่อสวมกับลูกยางและเข็ม Adapter for Irrigators 1 อัน
- 1.3.28 ด้ามมีด Bard - Parker Handle Knife สำหรับใส่ใบมีด เบอร์ 11, 15 1 อัน
2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
3. ข้อกำหนดอื่นๆ
- 3.1 ต้องเป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 3.2 มีคู่มือการใช้งาน และปรนนิบัติบำรุงเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างละ 2 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด)
- 3.3 มีเครื่องหมายถาวรของบริษัท แสดงชื่อ ที่อยู่และโทรศัพท์ (สติกเกอร์) ติดกับเครื่องสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
- 3.4 ต้องได้รับรองคุณภาพในด้านการผลิต และความปลอดภัยในการใช้งานจากสถาบันการตรวจสอบ หรือ ได้รับรองตามมาตรฐานสากล
4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเค็ดตาล็อก และทดสอบใช้งาน

/คณะกรรมการ

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

เครื่องมือผ่าตัดต้อกระจก และใส่เลนส์แก้วตาเทียม

(Cataract Extraction with Intra Ocular Lens Implantation)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(บุญชทร ทิพย์วงษ์)

พ.อ.หญิง.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.อ.....ผบ.กรม.นร.ร.ร.ส.พบ./

(ยุทธพงษ์ อิมสุวรรณ) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

7 ส.ค. 2562

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต.....ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(สุพิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ.....นบก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

(ปราโมทย์ จันทนิพ)

21 ส.ค. 2562

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้

ตามอนุมัติ ผบ.ทบ.ทำขึ้นที่ กบ.ทบ.

ที่ต่อ กท 0404/18944 ลง 17 มี.ค.62