

ขอบเขตของงาน

ประกอบการจัดซื้อ เติงผ้าตัดชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า สำหรับการผ่าตัดศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ และ ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก แบบต่างๆ จำนวน ๒ รายการ

๑. ความเป็นมา

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามีความต้องการจัดหาสิ่งอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วย ทั้งที่ต้องจัดหาเพิ่มเติม หรือทดแทนของเดิมที่ใช้ไป โดยใช้เงินรายรับสถานพยาบาล สำหรับการจัดหาครั้งนี้ เป็นการจัดหา เติงผ้าตัดชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า สำหรับการผ่าตัดศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ และ ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก แบบต่างๆ จำนวน ๒ รายการ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการ กำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่า ผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องมีความสมัครใจตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๓) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๓.๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

(๓.๒) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ให้ผู้เข้าร่วมคำที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๓.๑) ดำเนินการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ นั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

๓. สำหรับการซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการ หรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศ ของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

๖. กรณีตาม ข้อ ๑ - ข้อ ๕ ไม่ใช่บังคับกรณีดังต่อไปนี้

(๖.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ

(๖.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๖.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

(๖.๔) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(๖.๕) การซื้อสิ่งหาริมทรัพย์และการเช่าสิ่งหาริมทรัพย์

(๖.๖) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น จ้างพนักงานขับรถ ข้าราชการต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

๓.๑๓ เป็นผู้จดทะเบียนสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตในการผลิตหรือนำเข้าหรือขายเครื่องมือแพทย์ ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ รายการที่ ๑ เติ่งผ้าตัดชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า สำหรับการผ่าตัดศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ และ ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก จำนวน ๑ ชุด

- หมายเลข คณ. ๖๕๑๕-M-๖๘-P-๐๐๔๕ (คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ ๐๐๗/๖๘)

๔.๒ รายการที่ ๒ เติ่งผ้าตัดชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า สำหรับการผ่าตัดศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ และ ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก จำนวน ๒ ชุด (ยกเว้นข้อ ๑.๓.๒.๖, ๑.๓.๒.๗,

๑.๓.๒.๙ และ ๑.๓.๒.๑๓)

- หมายเลข คณ. ๖๕๑๕-M-๖๘-P-๐๐๔๕ ยกเว้นข้อ ๑.๓.๒.๖, ๑.๓.๒.๗, ๑.๓.๒.๙ และ ๑.๓.๒.๑๓

(คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ ๐๐๗/๖๘ ยกเว้นข้อ ๑.๓.๒.๖, ๑.๓.๒.๗, ๑.๓.๒.๙ และ ๑.๓.๒.๑๓)

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. สถานที่ติดตั้ง/ส่งมอบพัสดุ

ห้องผ่าตัดศัลยกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ชั้น ๘

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

- พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น (ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (กำหนดเกณฑ์การพิจารณา และเกณฑ์การให้คะแนน)

๘. วงเงินในการจัดหา

๘.๑ รายการที่ ๑ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๘.๒ รายการที่ ๒ จำนวน ๒ ชุด รวมเป็นเงิน ๕,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ราคาชุดละ ๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

รวม ๒ รายการ เป็นเงิน ๘,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๙. งานงานและการจ่ายเงิน

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่าย ทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญา ซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๑๐. อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับกำหนดให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๑. ระยะเวลาการรับประกัน

๑๑.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขาย จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของ ที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อ รับมอบ หากเกิดความชำรุดบกพร่องผู้ขายต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑.๒ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขาย จะต้องเข้ามา ดำเนินการบำรุงรักษาตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตโดยต้องเข้ามาดำเนินการทุก ๓ เดือน ตลอดระยะเวลา รับประกัน

๑๒. ข้อกำหนดอื่น ๆ

๑๒.๑ กรณีเป็นเครื่องมือแพทย์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหนังสือรับรองประกอบการ นำเข้าเครื่องมือแพทย์ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติ เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ไม่หมดอายุนับถึงวันยื่นข้อเสนอและถ้าไม่เป็นผู้ได้รับอนุญาตในการนำเข้าฯ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ได้รับอนุญาตนั้นด้วย หรือ

๑๒.๒ กรณีเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ผลิตภายในประเทศ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีใบอนุญาตในการผลิตเครื่องมือ แพทย์ที่เสนอในครั้งนี้ที่ไม่หมดอายุนับถึงวันยื่นข้อเสนอและถ้าไม่เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตในการผลิต ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ได้รับอนุญาตนั้นด้วย

๑๒.๓ หนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

๑๒.๔ มีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ให้บริการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ปี จากบริษัทผู้ผลิต

๑๒.๕ เอกสารตาม ข้อ ๑๒.๑ - ๑๒.๔ ให้ยื่นมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอในครั้งนี้

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

พ.ต.หญิง.....ทณิศา.....ทศพรวิทย์.....ประธานกรรมการ
(ตติยา ขุนเสถียร)

ร.อ.หญิง.....ศิริโรจน์.....ทิพย์งาม.....กรรมการ
(ศิริโรจน์ เทียนงาม)

ร.อ.หญิง.....กัญจนา.....ทณนิต.....กรรมการ
(สุชามาศ เทอดนิธิ)

เกณฑ์การให้คะแนนการจัดซื้อ เตียนผ้าตัดชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า สำหรับการผ้าตัดสัถยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ และ ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

(ELECTRIC CONTROL OPERATING TABLE FOR UROLOGY)

ราคาข้อเสนอ (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักกับร้อยละ 40 : ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักกับร้อยละ 60

ลำดับ	เกณฑ์การประเมิน	เอกสารประกอบการพิจารณา	รายละเอียด	เกณฑ์การพิจารณา	
1.	เกณฑ์ด้านต้นทุนของวัสดุตลอดอายุการใช้งาน (40 คะแนน)	1.1 คำบำรุงรักษาแบบรวมอะไหล่โดยคำนวณจากราคาเฉลี่ยที่เสนอ ตลอดอายุการใช้งาน 10 ปี	- คำบำรุงรักษาต่อปี ไม่เกิน 5 % - คำบำรุงรักษาต่อปี ไม่เกิน 10 % - คำบำรุงรักษาต่อปี เกิน 10 %	ระดับคะแนน เท่ากับ	หมายเหตุ (คะแนนรวม)
				40 คะแนน	40 คะแนน
2.	เกณฑ์ด้านคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (35 คะแนน)	2.1 มีผลงานการขยายผลิตภัณฑ์ร่วมกับที่เสนอ โดยต้องแสดงหลักฐานหนังสือรับรอง หรือสำเนา สัญญาการซื้อขายกับโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่เป็นของรัฐโรงเรียนแพทย์หรือมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 แห่ง	- มีผลงาน ตั้งแต่ 5 แห่ง ขึ้นไป - มีผลงาน 3-4 แห่ง - มีผลงาน 1-2 แห่ง - ไม่มี	5 คะแนน 3 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน	5 คะแนน
		2.2 ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องได้รับการรับรองตาม มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐาน ISO 13485, ISO 9001, มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ CE MARK , US FDA โดยต้องแสดงหลักฐานมาพร้อมกับการเสนอราคา	- สินค้าได้รับมาตรฐานด้านที่เกี่ยวข้อง 3 มาตรฐาน ขึ้นไป - สินค้าได้รับมาตรฐานด้านที่เกี่ยวข้อง 2 มาตรฐาน - สินค้าได้รับมาตรฐานด้านที่เกี่ยวข้อง 1 มาตรฐาน	5 คะแนน 3 คะแนน 1 คะแนน	5 คะแนน

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

พ.ต.หญิง.....*ศศิธา 1*.....ประธานกรรมการ

(ศศิธา ชุมนสิทธิ์)

ร.อ.หญิง.....*สุวิภา ศรีสวัสดิ์*.....กรรมการ

(ศิริโรจน์ เทียมร่วม)

ร.อ.หญิง.....*สุวิภา inenab*.....กรรมการ

(สุชาภา เทอดนิธิ)

เกณฑ์การให้คะแนนการจัดซื้อ เติ้งผ้าตัดชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า สำหรับการผ่าตัดศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ และ ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
(ELECTRIC CONTROL OPERATING TABLE FOR UROLOGY)
ราคาที่เสนอ (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 40 : ข้อเสนออันดับเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 60

ลำดับ	เกณฑ์การประเมิน	เอกสารประกอบการพิจารณา	รายละเอียด	เกณฑ์การพิจารณา	
				ระดับคะแนน เท่ากับ	หมายเหตุ (คะแนนรวม)
		2.3 อุปกรณ์สำหรับรองรับผู้ป่วยก่อนการตัดทำ ชั้น Lithotomy สำหรับงานผ่าตัดระบบ ทางเดินปัสสาวะ มีน้ำหนักเบาและสามารถ ปรับการทำงานได้ด้วยระบบไฟฟ้าหรือเมท คอนโทรลรวมทั้งสองสามารถถอดออกได้	-ส่วนขาปรับด้วยรีโมทคอนโทรลและ น้ำหนักเบาถอดได้ -ส่วนขาปรับด้วยระบบ Manual น้ำหนักเบาถอดได้	5 คะแนน 0 คะแนน	5 คะแนน
		2.4 เติ้งสามารถปรับเลื่อนพื้นเตียง (Slide) ไป ตามแนวยาวของเตียงข้างใดข้างหนึ่ง เพื่อเพิ่ม พื้นที่ในการ X-rays ไม่น้อยกว่า 155 มิลลิเมตร	-ปรับเลื่อนพื้นเตียงได้มากกว่า 155 มิลลิเมตร -ปรับเลื่อนพื้นเตียงได้ 155 มิลลิเมตร	5 คะแนน 3 คะแนน	5 คะแนน
		2.5 มี Kidney elevator หรือสามารถปรับ ท่า Flex และ Reflex หรือ Flex Up และ Flex Down	-สามารถปรับ Kidney elevator ได้ -สามารถปรับท่า Flex และ Reflex หรือ Flex Up และ Flex Down	10 คะแนน 5 คะแนน	10 คะแนน

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

พ.ต.หญิง.....*ณ. พ.*.....ประธานกรรมการ

(ตติยา ชุนเสถียร)

ร.อ.หญิง.....*อรวิ มณีนา*.....กรรมการ

(ศิริโรจน์ เทียงนวม)

ร.อ.หญิง.....*สุวิมล เกตุศิริ*.....กรรมการ

(สุชามาศ เทอดนิธิ)

เกณฑ์การให้คะแนนการจัดซื้อ เติียงผ่าตัดชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า สำหรับการผ่าตัด ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ และ ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
(ELECTRIC CONTROL OPERATING TABLE FOR UROLOGY)
ราคาทีเสนอ (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 40 : ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 60

ลำดับ	เกณฑ์การประเมิน	เอกสารประกอบการพิจารณา	รายละเอียด	เกณฑ์การพิจารณา	
				ระดับคะแนนเท่ากับ	หมายเหตุ (คะแนนรวม)
		2.6 จำนวนครั้งการปรับท่าเตียงการใช้งาน เมื่อใช้ระบบแบบเตออรีสำรองที่ชาร์จไฟเต็ม (ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง)	- ใช้งานได้มากกว่า 2 สัปดาห์ - ใช้งานได้ 2 สัปดาห์	2 คะแนน 1 คะแนน	2 คะแนน
		2.7 ต้องมีใบประเมินทดลองใช้งานเตียงรุ่นที่นำเสนอ จากทางหน่วยงานของโรงพยาบาล	- มีใบประเมินคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ - ไม่มีใบประเมิน	3 คะแนน 0 คะแนน	3 คะแนน
3.	เกณฑ์ด้านการบริการหลังการขาย (25 คะแนน)	3.1 บริษัทผู้เสนอราคามีฝ่ายวิชาการพร้อมผู้แทนขาย ที่สามารถให้คำปรึกษาพร้อมทั้งมี Customer service & Call center ที่คอยให้บริการตลอดอายุการใช้งาน	- หนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในการบริการภายหลังการขาย - ไม่มี	5 คะแนน 0 คะแนน	5 คะแนน

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

พ.ต.หญิง.....*นลินี ก.*.....ประธานกรรมการ
(ศติยา ขุนเสถียร)
ร.อ.หญิง.....*กสิกร พ่วงวง*.....กรรมการ
(ศิริโรจน์ เทียงม่วง)
ร.อ.หญิง.....*กฤษณ์ นกนริ*.....กรรมการ
(สุชาภาศ เทอดนิลี)

เกณฑ์การให้คะแนนการจัดซื้อ เติยงผ้าตัดชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า สำหรับการผ่าตัดคล้ายกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ และ คล้ายกรรมถ้าใส่ใหญ่และทวารหนัก

(ELECTRIC CONTROL OPERATING TABLE FOR UROLOGY)

ราคาข้อเสนอ (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 40 : ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 60

ลำดับ	เกณฑ์การประเมิน	เอกสารประกอบการพิจารณา	รายละเอียด	เกณฑ์การพิจารณา	
				ระดับคะแนน	หมายเหตุ (คะแนนรวม)
				เท่ากับ	
		3.2 ระยะเวลาการรับประกันสินค้า	-ระยะเวลาการรับประกันสินค้า 4 ปีขึ้นไป -ระยะเวลาการรับประกันสินค้า 3 ปี -ระยะเวลาการรับประกันสินค้า 2 ปี	10 คะแนน 5 คะแนน 2คะแนน	10 คะแนน
		3.3 หนังสือรับรองการรับรองอะไหล่จากโรงงานผู้ผลิต	-มีหนังสือรับรองอะไหล่ไม่น้อยกว่า 10 ปี -มีหนังสือรับรองอะไหล่ไม่น้อยกว่า 8 ปี	5 คะแนน 3 คะแนน	5 คะแนน
		3.4 มีผลิตภัณฑ์ทดแทนช่วงเวลาซ่อมตลอดเวลารับประกันตัวเครื่องกรณีไม่สามารถใช้งานได้	-มีของทดแทนช่วงเวลาซ่อม -ไม่มีของทดแทนช่วงเวลาซ่อม	5 คะแนน 2 คะแนน	5 คะแนน

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

พ.ต.หญิง.....ประธานกรรมการ
(ตติยา ชุนเสถียร)

ร.อ.หญิง.....กรรมการ
(ศิริโรจน์ เทียงน้อม)

ร.อ.หญิง.....กรรมการ
(สุชามาศ เทอดนิธิ)

เกณฑ์การให้คะแนนการจัดซื้อ เติมน้ำมันตู้ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า สำหรับการผ่าตัดศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ และ ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
(ELECTRIC CONTROL OPERATING TABLE FOR UROLOGY) ยกเว้นข้อ 1.3.2.6, 1.3.2.7, 1.3.2.9, 1.3.2.13
ราคาพื้นฐาน (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 40 : ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 60

ลำดับ	เกณฑ์การประเมิน	เอกสารประกอบการพิจารณา	รายละเอียด	เกณฑ์การพิจารณา	
				ระดับคะแนน	หมายเหตุ (คะแนนรวม)
1.	เกณฑ์ด้านต้นทุนของวัสดุตลอดอายุการใช้งาน (40 คะแนน)	1.1 ค่าบำรุงรักษาแบบรวมอะไหล่โดยคำนวณจากราคาเฉลี่ยที่เสนอ ตลอดอายุการใช้งาน 10 ปี	-ค่าบำรุงรักษาต่อปี ไม่เกิน 5 % -ค่าบำรุงรักษาต่อปี ไม่เกิน 10 % -ค่าบำรุงรักษาต่อปี เกิน 10 %	เท่ากับ 40 คะแนน 20 คะแนน 10 คะแนน	40 คะแนน
2.	เกณฑ์ด้านคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (35 คะแนน)	2.1 มีผลงานการขายผลิตภัณฑ์เดียวกันกับที่เสนอ โดยต้องแสดงหลักฐานหนังสือรับรอง หรือสำเนา สัญญาการซื้อขายกับโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่เป็นของรัฐโรงเรียนแพทย์หรือมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 แห่ง	- มีผลงาน ตั้งแต่ 5 แห่ง ขึ้นไป - มีผลงาน 3-4 แห่ง - มีผลงาน 1-2 แห่ง - ไม่มี	5 คะแนน 3 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน	5 คะแนน
		2.2 ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องได้รับรองตาม มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐาน ISO 13485, ISO 9001, มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ CE MARK , US FDA โดยต้องแสดงหลักฐานมาพร้อมกับการเสนอราคา	- สินค้าได้รับมาตรฐานด้านที่เกี่ยวข้อง 3 มาตรฐาน ขึ้นไป - สินค้าได้รับมาตรฐานด้านที่เกี่ยวข้อง 2 มาตรฐาน - สินค้าได้รับมาตรฐานด้านที่เกี่ยวข้อง 1 มาตรฐาน	5 คะแนน 3 คะแนน 1 คะแนน	5 คะแนน

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

พ.ต.หญิง.....*ศศิ*.....ประธานกรรมการ
(ศศิ ขุนเสถียร)
ร.อ.หญิง.....*ธิดา พงษ์*.....กรรมการ
(ศิริโรจน์ เทียมร่วม)
ร.อ.หญิง.....*สุพณ*.....กรรมการ
(สุพามาต เทอดนิธิ)

เกณฑ์การให้คะแนนการจัดซื้อ เตียนผ่าตัดชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า สำหรับการผ่าตัดคีลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ และ คีลยกรรมใส่ใส่ใหญ่และทวารหนัก
(ELECTRIC CONTROL OPERATING TABLE FOR UROLOGY) ยกเว้นข้อ 1.3.2.6, 1.3.2.7, 1.3.2.9, 1.3.2.13
ราคาที่เสนอ (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 40 : ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 60

ลำดับ	เกณฑ์การประเมิน	เอกสารประกอบการพิจารณา	รายละเอียด	เกณฑ์การพิจารณา	
				ระดับคะแนน	หมายเหตุ (คะแนนรวม)
		2.3 อุปกรณ์สำหรับรองรับขาผู้ป่วยก่อนการจัดท่าขึ้น Lithotomy สำหรับงานผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะ มีน้ำหนักเบาและสามารถปรับการทำงานได้ด้วยระบบไฟฟ้าที่รีโมทคอนโทรลรวมทั้งสามารถถอดออกได้	-ส่วนขาปรับด้วยรีโมทคอนโทรลและน้ำหนักเบาถอดได้ -ส่วนขาปรับด้วยระบบ Manual น้ำหนักเบาถอดได้	5 คะแนน 0 คะแนน	5 คะแนน
		2.4 เตียงสามารถปรับเลื่อนพื้นเตียง (Slide) ไปตามแนวยาวของเตียงข้างใดข้างหนึ่ง เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ X-rays ไม่น้อยกว่า 155 มิลลิเมตร	-ปรับเลื่อนพื้นเตียงได้มากกว่า 155 มิลลิเมตร -ปรับเลื่อนพื้นเตียงได้ 155 มิลลิเมตร	5 คะแนน 3 คะแนน	5 คะแนน
		2.5 มี Kidney elevator หรือสามารถปรับท่า Flex และ Reflex หรือ Flex Up และ Flex Down	-สามารถปรับ Kidney elevator ได้ -สามารถปรับท่า Flex และ Reflex หรือ Flex Up และ Flex Down	10 คะแนน 5 คะแนน	10 คะแนน

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

พ.ต.หญิง.....*ณิชา ชุนเสียร*

ประธานกรรมการ

ร.อ.หญิง.....*สิริพร ทัพพะกุล*

กรรมการ

ร.อ.หญิง.....*สุชาภา เทอดนิธิ*

กรรมการ

(ตติยา ชุนเสียร)

(ศิริโรจน์ เทียงน่วม)

(สุชาภา เทอดนิธิ)

เกณฑ์การให้คะแนนการจัดซื้อ เติยงไฟฟ้าติดตั้งควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า สำหรับการผ่านตัดสัณกรรมระบบทางเดินไฟฟ้า และ สัณกรรมล้าสัณใหญ่และทวารหนัก

(ELECTRIC CONTROL OPERATING TABLE FOR UROLOGY) ยกเว้นข้อ 1.3.2.6, 1.3.2.7, 1.3.2.9, 1.3.2.13

ราคาข้อเสนอ (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 40 : ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 60

ลำดับ	เกณฑ์การประเมิน	เอกสารประกอบการพิจารณา	รายละเอียด	เกณฑ์การพิจารณา	
				ระดับคะแนน	หมายเหตุ (คะแนนรวม)
		2.6 จำนวนครั้งการปรับท่าเตียการทำงาน เมื่อใช้ระบบแบบเตอร์สำรองที่ชาร์ไฟเต็ม (ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง)	- ใช้งานได้มากกว่า 2 สัปดาห์ - ใช้งานได้ 2 สัปดาห์	2 คะแนน 1 คะแนน	2 คะแนน
		2.7 ต้องมีใบประเมินทดลองใช้งานเตียงรุ่นที่นำเสนอ จากทางหน่วยงานของโรงพยาบาล	- มีใบประเมินคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ - ไม่มีใบประเมิน	3 คะแนน 0 คะแนน	3 คะแนน
3.	เกณฑ์ด้านการบริการหลังการขาย (25 คะแนน)	3.1 บริษัทผู้เสนอราคาฝ่ายวิชาการพร้อมผู้แทนขาย ที่สามารถให้คำปรึกษาทั้งหมดที่มี Customer service & Call center ที่คอยให้บริการตลอดอายุการใช้งาน	- หนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในการบริการภายหลังการขาย - ไม่มี	5 คะแนน 0 คะแนน	5 คะแนน

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

พ.ต.หญิง.....
 (ศติยา ชุนเสถียร)

ประธานกรรมการ

ร.อ.หญิง
 (ศิริโรจน์ เทียนงาม)

กรรมการ

ร.อ.หญิง.....
 (สุชามาศ เทอดนิธิ)

กรรมการ

เกณฑ์การให้คะแนนการจัดซื้อ เติ้มง่ต้ดชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า สำหรับการผ่าต้ดคีลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ และ คีลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
 (ELECTRIC CONTROL OPERATING TABLE FOR UROLOGY) ยกเว้นข้อ 1.3.2.6, 1.3.2.7, 1.3.2.9, 1.3.2.13
 ราคาที่เสนอ (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 40 : ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 60

ลำดับ	เกณฑ์การประเมิน	เอกสารประกอบการพิจารณา	รายละเอียด	เกณฑ์การพิจารณา	
				ระดับคะแนน เท่ากับ	หมายเหตุ (คะแนนรวม)
		3.2 ระยะเวลาการรับประกันสินค้า	-ระยะเวลาประกันสินค้า 4 ปีขึ้นไป -ระยะเวลาประกันสินค้า 3 ปี -ระยะเวลาประกันสินค้า 2 ปี	10 คะแนน 5 คะแนน 2คะแนน	10 คะแนน
		3.3 หนึ่งสื่อรับรองการสำรองอะไหล่จากโรงงานผู้ผลิต	-หนึ่งสื่อรับรองอะไหล่ไม่น้อยกว่า 10 ปี -หนึ่งสื่อรับรองอะไหล่ไม่น้อยกว่า 8 ปี	5 คะแนน 3 คะแนน	5 คะแนน
		3.4 มีผลิตภัณฑ์ทดแทนช่วงเวลาซ่อมตลอดเวลารับประกันตัวเครื่องนี้ไม่สามารถใช้งานได้	- มีของทดแทนช่วงเวลาซ่อม -ไม่มีของทดแทนช่วงเวลาซ่อม	5 คะแนน 2 คะแนน	5 คะแนน

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

พ.ต.หญิง.....*อินทิรา*.....

(ตติยา ชุนเสถียร)

ประธานกรรมการ

ร.อ.หญิง.....*สิริพร พึ่งวงษ์*.....

(ศิริโรจน์ เที่ยงน่วม)

กรรมการ

ร.อ.หญิง.....*สุจิตราพร โกศลนิรัน*.....

(สุชามาศ เทอดนิธิ)

กรรมการ