

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 344/52 (พบ.)

หมายเลข คจ. 6515 - M - 63 - S - 2615

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อุปกรณ์พยุงข้อศอกหรือไหล่
(Elbow or Shoulder Immobilizer)

หน่วยนับ ชิ้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เป็นอุปกรณ์พยุงข้อศอกหรือไหล่ใช้สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ หรือหลังการผ่าตัดบริเวณข้อศอก หรือไหล่

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ผลิตจากวัสดุที่มีเนื้อนุ่ม ระบายอากาศได้ดี

1.2.2 มีแบบให้เลือกใช้ 2 แบบ ดังนี้

1.2.2.1 แบบพยุงข้อศอกให้กางแขนออก (Abduction) โดยมีหมอนหนุนตั้งแต่ 45 องศาขึ้นไป

1.2.2.2 แบบพยุงข้อศอกให้หมุนออก (External Rotation) โดยมีหมอนหนุนตั้งแต่ 15 องศาขึ้นไป

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีหลายขนาดให้เลือก ตามความเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย

1.3.2 แบบของอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ ต้องเป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน


พ.อ. 

/คณะกรรมการ...


18 ก.พ. 2563

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อุปกรณ์พยุงข้อศอกหรือไหล่
(Elbow or Shoulder Immobilizer)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ.  ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(ปุญชทร ทิพยวงศ์)

พ.อ.หญิง  ผอ.กอง พบ./กรรมการ


(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

ร.ท.หญิง  นายทหารพยาบาล รพ.ร.6/


(เทียนสุภา ทิมพจันทร์) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

18 ก.พ. 2563

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(สุพิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ.  ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ปกจิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ.  นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

(ปราโมทย์ จันทมิฬ)

- 2 ธ.ค. 2563

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้มอบให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.ทบ.ท้ายหนังสือ กวก.พน.
ที่ กท 0446.13/ 347 ตง. 9 ส.ค. 63

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 126/53 (พบ.)

หมายเลข คจ. 6515 - M - 63 - S - 2589

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อุปกรณ์ประคองข้อเข่าแบบปรับมุมได้
(Knee Range of Motion Brace)

หน่วยนับ ชิ้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เป็นอุปกรณ์ประคองหรือตามข้อเข่า ใช้สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหรือใช้ประคองข้อเข่าหลังการผ่าตัด

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 วัสดุสำหรับพันรอบขา ผลิตจากวัสดุพิเศษ เนื้อนุ่ม ระบายอากาศได้ดี

1.2.2 ช่วงแกนประคองขาผู้ป่วย มีแถบสายรัดพันรอบขา มีน้ำหนักเบา

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 สามารถปรับมุมได้ตั้งแต่ 0 องศา ถึง 120 องศา สำหรับการงอขา และ 0 องศา ถึง 70 องศา สำหรับการเหยียดขา

1.3.2 สามารถปรับล็อกมุมได้ทุก 7.5 องศา

1.3.3 สามารถปรับขยายอุปกรณ์ตามขนาดขาของผู้ป่วยได้

1.3.4 มีขนาดความยาวจากขาที่อนบนถึงขาที่อนล่าง ตั้งแต่ 26 นิ้วขึ้นไป

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ ต้องเป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

พ.อ.



/คณะกรรมการ...


18 ก.พ. 2563

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อุปกรณ์ประคองข้อเข่าแบบปรับมุมได้
(Knee Range of Motion Brace)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ.  ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(ปุณฺชทร ทิพยวงษ์)

พ.อ.หญิง  ผอ.กอง พบ./กรรมการ


(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

ร.ท.หญิง  นายทหารพยาบาล รพ.ร.ร.6/


(เพ็ญสุภา ทิมพิจันทร์) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

18 ก.พ. 2563

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(สุพิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ.  ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ.  นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

(ปราโมทย์ จันทิมพิ)

- 2 ธ.ค. 2563

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้ออนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.ทบ.ท้ายหนังสือ กวก.ทบ.
ที่ กท 0446.13/ 347 ลง 9 มี.ค. 63

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 129/59 (พบ.)

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6515 - M - 59 - S - 0080

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อุปกรณ์ตามข้อเท้า
(Ankle-Foot Support)

หน่วยนับ ชิ้น, ชุด, อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับประคองข้อเท้าในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณกระดูกข้อเท้าหรือข้อเท้า ข้อเท้าพลิกแบบรุนแรง หรือใช้ประคองเท้าหลังการผ่าตัด

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ส่วนพื้น มีแผ่นรองด้านในที่มีลักษณะโค้งเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดิน และด้านนอกบริเวณจุดที่สัมผัสกับพื้นสามารถช่วยป้องกันการลื่นไถลได้

1.2.2 มีอุปกรณ์ที่ใช้ประคอง หรือพยุงด้านหลังของหน้าแข้งเพื่อช่วยจำกัดการเคลื่อนไหว โดยทำจากพลาสติกชนิดแข็ง หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า

1.2.3 อุปกรณ์หุ้มทำจากวัสดุที่มีน้ำหนักเบา เช่น โนลอนหรือโฟม หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นอุปกรณ์ตามข้อเท้า มีลักษณะเป็นโครงพลาสติกรูปรองเท้า และมีสายรัดขา

1.3.2 มีแบบให้เลือกใช้งานอย่างน้อย 2 แบบ คือ แบบสั้น และแบบยาว

1.3.3 มีขนาดต่าง ๆ ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย

2. กฏ

บรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต


3. ข้อกำหนดอื่นๆ


3.1 ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน


3.2 แบบ ขนาดและข้างของอุปกรณ์ตามข้อเท้าจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ
(ไพรัช มีลาภ)

พ.อ.หญิง..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.ต..........ศัลยแพทย์โรคกระดูก รพ.ร.ร.6/
(ชำนาญนิติ รุ่งพราย) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

สำเนาถูกต้อง


เห็นสุภา ทิมพจน์ทรัพย์
นายทหารพยาบาล รพ.ร.ร.6

23 ก.ย. 2559

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้มีมติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ที่ขหนึ่งสี่ กว.พบ.
ที่ กท 0446.13/1170. ลง. 26.9.59

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 271/51 (พบ.)

หมายเลข คณ. 6515 - M - 63 - S - 2635

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อุปกรณ์ประคองข้อเท้าแบบมีถุงลม
(Pneumatic Walking Brace)

หน่วยนับ ชิ้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับประคองข้อเท้าผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณเท้า ข้อเท้า หรือใช้ประคองข้อเท้าหลังการผ่าตัด

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค ผลิตจากวัสดุที่ไม่ทำให้เกิดอาการแพ้ (Latex Free) หรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพดีกว่า

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีถุงลมเพื่อประคองข้อเท้าและน่อง ซึ่งสามารถปรับขนาดความดันโดยใช้ลูกยางบีบ เพิ่ม หรือลดความดันได้

1.3.2 ส่วนพื้นมีการปรับส่วนแผ่นรองให้โค้งเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดิน

1.3.3 สามารถขยายขนาดความกว้างได้ และมีสายรัดที่สามารถปรับให้กระชับได้

1.3.4 มีให้เลือกหลายแบบและหลายขนาดตามความเหมาะสมของผู้ป่วย

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและในหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

พ.อ.




/คณะกรรมการ...


18 ธ.ค. 2563

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อุปกรณ์ประคองข้อเท้าแบบมีถุงลม
(Pneumatic Walking Brace)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.


พ.อ..... ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ
(บุญชทร ทิพย์วงษ์)

พ.อ.หญิง..... ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

ร.ท.หญิง..... นายทหารพยาบาล รพ.ร.ร.6/
(เพ็ญสุภา พิมพ์จันทร์) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
18 มี.ค. 2563

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พล.ต..... ผต.ทบ./ประธานกรรมการ
(สุพิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ..... ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ..... นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ
(ปราโมทย์ จันทร์พิมพ์)

25 มี.ค. 2563

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อบรมใช้ได้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กว.พบ.
ที่ กท 0446.13/..... 477 ลง 8 มี.ค. 63