

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 247/46 (พบ.)

หมายเลข คฉ. 6515 - M - 63 - S - 3398

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ภาชนะรองรับสารคัดหลั่งแบบใช้ครั้งเดียว
(Closed Disposable Suction Bag System)

หน่วยนับ กระบอก/ถุง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับรองรับสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยใน Closes Suction System

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำจากสาร Polyethylene สามารถทนต่อแรงกระแทกเมื่อตกลงพื้น

1.2.2 มีฝาปิดเมื่อใช้งานแล้วจะไม่รั่วซึม

1.2.3 ด้านในมีตัวกรองเชื้อแบคทีเรีย และละอองฝอยไม่ให้เกิดหลุดลอยออกมาจากถุง

1.2.4 มีระบบป้องกันไม่ให้ของเหลวไหลล้นออกมาจากถุง เมื่อของเหลวเต็มถุง

1.2.5 สามารถเผาทำลายได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นภาชนะรองรับสารคัดหลั่งระบบปิดชนิดใช้ครั้งเดียว มีลักษณะเป็นกระบอกหรือถุงก็ได้

1.3.2 มีหลายขนาดความจุให้เลือก มีขีดบอกปริมาตร ขนาดจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง


1.3.3 เป็นชนิดใช้ครั้งเดียว

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 3 ปี ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(ปุญชทร ทิพวงษ์)

พ.อ.หญิง..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.ท.หญิง..........หน.พบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(พรรณราย เปล่งแสงศรี)

- 8 มิ.ย. 2563

/คณะกรรมการ...

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ภาชนะรองรับสารคัดหลั่งแบบใช้ครั้งเดียว
(Closed Disposable Suction Bag System)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต.  พลต.ทบ./ประธานกรรมการ

(สุพิชัย เจริญวาริกุล)

พ.อ.  ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ.  นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

(ปราโมทย์ จันทมิฬ)

19 มิ.ย. 2563

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/1002 ลง 13 ก.ค. 63

สำเนาถูกต้อง

พ.อ.หญิง 

(พรรณพิลาส หุตะเสวี)

เจ้าหน้าที่พัสดุ รพ.ร.บ.

...../...../.....

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 321/49 (พบ.)

หมายเลข คณ. 6515 - M - 63 - S - 2953

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อุปกรณ์ดูดสารคัดหลั่งพร้อมหัวต่อ
(Tubing and Suction Handle)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้เป็นสายดูดสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยไปสู่ภาชนะรองรับพร้อมหัวต่อ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำจากสารสังเคราะห์ ลักษณะสีขาวใสมีความยืดหยุ่นสูง

1.2.2 มีหัวต่อพลาสติกที่ปลายสายมีคุณสมบัติพิเศษ (Maxi-Grip) สามารถต่อเข้ากับหัวดูดหลายชนิดได้พอดี

1.2.3 ใน 1 ชุด ประกอบด้วย

1.2.3.1 สายดูดสารคัดหลั่ง จำนวน 1 เส้น

1.2.3.2 หัวดูดสารคัดหลั่ง จำนวน 1 อัน

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 หัวดูดสารคัดหลั่งมีหลายชนิดให้เลือก ดังนี้

1.3.1.1 แบบ Poole มีรูรอบหัวดูด สำหรับการผ่าตัดช่องท้อง

1.3.1.2 แบบ Frazier มีรูเปิดที่ด้ามจับหัวต่อ เพื่อควบคุมแรงดูด ใช้สำหรับการผ่าตัดเล็ก

1.3.1.3 แบบ Yankauer ชนิด Bulbous Tip หรือ Straight Tip สำหรับผ่าตัดต่อมทอนซิลหรือ
ผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป

1.3.2 สายดูดสารคัดหลั่งมีหลายขนาดและความยาวสามารถระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.3 ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว เป็นชนิดใช้ครั้งเดียว

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ ต้องเป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

พ.อ.




- 8 มี.ย. 2563

/คณะกรรมการ...

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อุปกรณ์ดูดสารคัดหลั่งพร้อมหัวต่อ
(Tubing and Suction Handle)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ.  ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(ปุณฺชทร ทิพยวงษ์)

พ.อ.หญิง  ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.อ.หญิง  นก.ประจำ พบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(สิริวรรณ สมจินตนา)

- 8 มี.ย. 2563

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(สุพิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ.  ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ.  นก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

(ปราโมทย์ จันทิมพิ)

19 มี.ย. 2563

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.ทบ.ท้ายหนังสือ กวก.ทบ.
ที่ กท 0446.13/1002 ลง 13 ก.ค. 63

สำเนาถูกต้อง

พ.อ.หญิง 

(พรรณพิลาส หุตเสวี)

เจ้าหน้าที่พัสดุ รพ.ร.บ

...../...../.....

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 230/49 (พบ.)

หมายเลข คณ. 6515 - M - 63 - S - 2938

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ขวดสุญญากาศดูดเลือด/หนองและน้ำเหลืองแบบแรงดูดต่ำ ชนิดซิลิโคน
(Silicone Low Vacuum Wound Drainage Set)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้ดูระบายของเหลวประเภทเลือด/หนองและน้ำเหลืองหลังการผ่าตัด
ศัลยกรรมทั่วไปหรือศัลยกรรมเฉพาะทาง

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ขวดผลิตมาจากซิลิโคนแบบบีบอากาศออกด้วยมือ

1.2.2 เป็นแบบ Negative Low Pressure ทำให้แรงดูดเหมาะสม ไม่ทำลายเนื้อเยื่อรอบแผล

1.2.3 สายระบายเลือดเป็นแบบที่ป้องกันการหักงอง่าย (Kink) มีทั้งชนิดมองเห็นได้เมื่อผ่านเอกซเรย์
และชนิดธรรมดา

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ใน 1 ชุด ประกอบด้วย

1.3.1.1 ขวดซิลิโคนแบบบีบได้ด้วยมือมีขีดบอกความจุ มีหลายขนาด จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.1.2 สายระบายเลือดมีหลายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.2 ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

1.3.3 เป็นชนิดใช้ครั้งเดียว

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่ส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน





/คณะกรรมการ...


- 8 มิ.ย. 2563

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ขวดสุญญากาศดูดเลือด/หนองและน้ำเหลืองแบบแรงดูดต่ำ ชนิดซิลิโคน
(Silicone Low Vacuum Wound Drainage Set)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.


พ.อ.  ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ
(ปุณฺชทร ทิพยวงษ์)


พ.อ.หญิง  ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)


พ.อ.หญิง  นปก.ประจำ พบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(สิริวรรณ สมจินตนา)

- 8 มิ.ย. 2563

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(สุพิชัย เจริญวารีกุล)


พ.อ.  ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ.  นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ
(ปราโมทย์ จันทมิฬ)

19 มิ.ย. 2563

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/1002... ทง 13 A.ศ. 63

สำเนาถูกต้อง

พ.อ.หญิง 
(พรรณพิลาส หุตะเสวี)
เจ้าหน้าที่พัสดุ รพ.ร.๖
...../...../.....