

๑. ความเป็นมา

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามีความต้องการในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วย ทั้งที่ต้องจัดหาเพิ่มเติมหรือทดแทนของเดิมที่ใช้ไป โดยใช้งบประมาณรายรับสถานพยาบาล สำหรับการจัดหาครั้งนี้เป็นการจัดหาสิ่ง อุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 9 รายการ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

๓. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

- 1 บอลลูนขยายหลอดเลือดทั่วไป ขนาด 5.5 - 6.0 มม. ยาว 40 - 200 มม., สายสวน ขนาด 4-5 F ยาว 150 ซม.
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 869/43(พบ.) รายการที่ 1
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-62-S-1896
- 2 เส้นลวดนำสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็ก ขนาด 0.018 นิ้ว ยาว 300 ซม.
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 215/54(พบ.) รายการที่ 2
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-62-S-1835
- 3 เส้นลวดนำสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็ก ขนาด 0.035" ยาว 300 ซม.
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 215/54(พบ.) รายการที่ 3
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-62-S-1835
- 4 ขดลวดขยายหลอดเลือด ขนาด 5.5 - 7.5 มม. ยาว 40 - 150 มม.
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 045/47 รายการที่ 4
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-62-P-1477
- 5 ขดลวดขยายหลอดเลือด ขนาด 7.0 - 10.0 มม. ยาว 29 - 59 มม.
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 045/47 รายการที่ 5
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-62-P-1477
- 6 อุปกรณ์ประกอบสายสวนเพื่อการขยาย หลอดเลือดโคโรนารี (แบบไม่มีอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน)
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 492/49(พบ.) ยกเว้นข้อ 1.3 รายการที่ 6
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-62-S-1856 ยกเว้นข้อ 1.3
- 7 อุปกรณ์ประกอบสายสวนเพื่อการขยาย หลอดเลือดโคโรนารี
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 492/49(พบ.) รายการที่ 7
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-62-S-1856
- 8 สายสวนและอุปกรณ์เพื่อป้องกันลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดส่วนปลาย ขนาด 2.5-7.0 มม. ยาว 190 ซม.
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 050/51 รายการที่ 8
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-61-P-0810

